

첨부

22년 작업환경측정기관 평가 운영위원회(1차) 심의 및 의결 결과

1 일시 및 장소

- (일 시) '22. 03. 04.(금) 13:30 ~ 16:00
- (장 소) 안전보건공단 서울광역본부 대회의실(9층)

2 2022년 작업환경측정기관 평가 운영위원회 심의 · 의결 사항

구분	검토내용	결과	위원회 검토사항 요약
안건1	'22년 평가계획 및 방법	원안동의	<ul style="list-style-type: none"> - 온라인 설명회 실시에 대해서는 아래와 같이 진행 ☞ 공단 홈페이지에 지표 설명 동영상을 게시 하되, 평가가 처음인 신규기관의 이해를 돕는 내용을 추가하여 게시
안건2	'22년 평가기준 세부항목	원안동의	<ul style="list-style-type: none"> - 평가기준 세부항목 확정 ① 타분야 평가 공통 적용사항 도입 <ul style="list-style-type: none"> ☞ (문서화 여부 감점 항목 적용) A.1.1, A.1.2, A.2.3.1, A.3.1.1, A.3.1.2, A.3.3.1, B.1.1.1, B.1.1.2 ☞ (자체평가 문항 신설) 기관의 자체능력 향상 노력도 제고를 위하여 (B.5.3) 자체평가 제도 가점 문항 도입 ② 문항 삭제·통합 <ul style="list-style-type: none"> ☞ 유사지표 2문항 삭제 후, 1문항으로 통합 <ul style="list-style-type: none"> · (A.3.3.2) 실험실내 경고표지 및 보호구 착용표지의 적정 부착여부(10점) · (A.3.5) 분석자 및 측정자용 보호구 구비 및 사용(10점) <li style="text-align: center;">↓ [삭제 후 통합] · (A.3.3.1) 실험실 안전보건 지침(20점→30점) ③ 문항 배점 조정 <ul style="list-style-type: none"> ☞ (배점 강화 4문항) 변별력 강화 및 기관 수준 향상을 위한 취약지표 배점 강화

			<ul style="list-style-type: none"> · (A.2.3.1) 교육훈련계획 수립이행 여부(20점→30점) · (A.2.3.5) 자기계발 및 연구실적(10점→20점) · (B.1.1.1) 시료채취 및 분석방법 자체매뉴얼 보유(20점→30점) · (B.2.1.1) 예비조사 실시대상 측정계획서 작성 (20점→30점) <p>☞ (배점 축소 2문항) 실효성 낮은 지표 배점 축소</p> <ul style="list-style-type: none"> · (A.2.3.3) 전문성 향상 활동(20점→10점) · (B.1.1.3) 정도관리 결과(40점→20점) <p>④ 평가기준 고도화</p> <p>☞ (A.2.1.1) 전문인력 추가확보 평가기준 세분화 : 산업안전보건법 시행규칙 제97조(작업환경측정 기관 평가 등)의 평가기준 변경에 따라, 인적 기준 강화에 대한 필요성 대두로 평가기준 세분화(4단계→5단계)를 통해 변별력 확보</p> <p>☞ (A.3.6) 개인시료 포집기 정상 작동 여부 : 포집기 성능평가 시 압력조건(필터의 경우 3장 →1장)과 가동시간(4시간→6시간)을 변경하여 기관의 불만 과다를 해소하려 했으나, 성능평가 관련 ISO규격 준용 및 평가시간 소요 등 실질적인 문제로 인해, <u>기존 압력조건과 가동시간을 유지</u></p> <p>⑤ 20년 기안내된 22년 변경예정 평가지표(안)</p> <p>☞ (B.4.1) 측정사업장 만족도 : 감점으로 변경하고자 했으나, <u>기존과 동일하게 배점으로 평가</u></p> <p>☞ (B.2.6.2) 검량선 작성의 적정성 여부 & (B.2.6.3) 시료의 탈착율, 회수율 실험 및 보정 수행 여부 : 검량선 및 탈착율 시험을 동시에 수행하는 경우 불인정하려고 했으나, 동시에 수행하여도 분석 신뢰에 문제가 없다는 연구원의 의견을 토대로 <u>기존대로 인정</u></p> <p>☞ 고성능 장비 보유 및 무진동 테이블 설치 : 기존 고성능 장비(6종) 외 무진동 테이블 등</p>
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			2종을 추가하여 전체 장비 보유 종수에 따라 가점 부여하려 하였으나, <u>기존 지표대로 배점으로 평가</u>
안전3	기타 평가 세부시행을 위하여 필요한 사항 등	원안동의	<ul style="list-style-type: none"> - 평가기간 중 기관의 법 위반사항 발견 시 조치기준 수립 ☞ 인력·시설 관련 법 위반 발생 시 노동부에 즉시 통보하고, 이외 측정방법 등 위반 발생 시에는 현장지도 후 해당내용을 노동부에 송부 - 주기에 따른 검·교정 실시기준 완화(주기도래 전·후 30일 인정) ☞ KOLAS 기준에 따르면 완화 정도가 문제가 없을 것으로 판단되나, 만약 소송 등 법적 상황에서는 완화 30일이 문제의 소지가 될 수 있으므로, <u>완화하지 않고 기존대로 평가</u>