

※ 본 시험결과는 유사물질 사용 사업장의 안전보건 관련 업무 활용을 위하여 작성된 것으로 인/허가, 선전(홍보) 등 상업적 목적이나 법적요건으로 사용할 수 없습니다.

또한, 관련 시험규격에 적용된 시료에 한하여 얻어진 결과로 동일한 물질의 물리적 위험성을 대표하지 않기 때문에 사용시 유의하시기 바랍니다.

• 물질명 : CCTA (2-Chloro-N-(cyano-2-thienylmethyl) acetamide)

시험항목	시험결과	시험장비	시험규격
자연발화점	370 °C	자연발화점 시험장치 (고체)	NF T 20-036
열중량분석(TGA)*	step 1: (91 ~ 108) °C, (-)3 % step 2: (109 ~ 502) °C, (-)36 % step 3: (502 ~ 996) °C, (-)61 %	열중량분석기 (TGA)	TGA 분석매뉴얼

* 시험조건 : 공기분위기, 가열범위 (30~1,000)°C, 승온속도 10°C/min